

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO MARCA
VARIAN**

Fecha: Octubre de 2021

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y está clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohíbe por tanto su utilización, reproducción y difusión de su contenido fuera del ámbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, físico, informático, audiovisual o de cualquier otra índole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estará sujeto a los procedimientos que MAS dispone para su persecución y seguimiento, así como a legislación vigente



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS VARIAN

| INDICE DE CONTENIDO | |
|--|-----|
| | PÁG |
| 1. OBJETO DEL PLIEGO | 3 |
| 2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS | 4 |
| 3. FINALIDAD DEL SERVICIO | 5 |
| 4. CONDICIONES DEL SERVICIO | 6 |
| 5. SERVICIO REQUERIDO | 8 |

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y está clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohíbe por tanto su utilización, reproducción y difusión de su contenido fuera del ámbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, físico, informático, audiovisual o de cualquier otra índole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estará sujeto a los procedimientos que MAS dispone para su persecución y seguimiento, así como a legislación vigente



1. OBJETO DEL PLIEGO

Contrato de Mantenimiento (preventivo y correctivo) de los Equipos de Laboratorio de la marca VARIAN instalados en el Laboratorio de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (ETAP-SORBE. Crt. De Maluque S/N. Mohernando. GUADALAJARA). Durante 2 años, (2022-2023).

El presente contrato incluye el mantenimiento en la modalidad “todo riesgo”, correctivo, preventivo y asistencia técnica de aplicaciones en los equipos de laboratorio que se describen a continuación.

La prestación del servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego de prescripciones técnicas, de las que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y está clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohíbe por tanto su utilización, reproducción y difusión de su contenido fuera del ámbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, físico, informático, audiovisual o de cualquier otra índole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estará sujeto a los procedimientos que MAS dispone para su persecución y seguimiento, así como a legislación vigente



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS VARIAN**

Dado la antigüedad de los equipos, alguno de éstos se encuentran descatalogados, por lo que se plantea un mantenimiento diferencial, incluso pudiera darse la circunstancia de que haya que dar de baja a algún equipo a partir de un momento determinado y sin que hubiera finalizado el contrato para el resto de equipos.

En tal caso, para dicho equipo en baja terminará la afectación de este contrato, continuando para el resto. Se descontará por el tiempo de baja, el valor correspondiente a dicho equipo, del montante global del contrato.

Los equipos a considerar son:

| Nº | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE |
|----------|---------------------------------------|---|---|-------------|
| I | Espectrofotometría U.V. Visible | VARIAN | Espectrómetro Cary 50 Probe UV Visible | EL06013263 |
| | Software | | CARY WIN UV Aplicación concentration versión 3.00 (182) | |
| II | Espectrofotometría de A.A. | VARIAN | Espectrofotómetro AA SPECTRAA 280 Zeeman | EL06013774 |
| | | | Espectrofotómetro AA secuencial SPECTRAA 240 FS | EL06013775 |
| | | | Cámara de grafito GTA 120 Z | EL06013107 |
| | | | Sistema SIPS 10/20 | EL06013201 |
| | | | Automuestreador para GTA PSD 120 | EL06013158 |
| | Accesorio generador de vapor VGA - 77 | EL06013606 | | |
| Software | | SpectrAA software Versión: 5.1 PRO/ SpectrAA Build Number: 5.1.0.27 | | |

3. FINALIDAD DEL SERVICIO

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y está clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohíbe por tanto su utilización, reproducción y difusión de su contenido fuera del ámbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, físico, informático, audiovisual o de cualquier otra índole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estará sujeto a los procedimientos que MAS dispone para su persecución y seguimiento, así como a legislación vigente



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS VARIAN**

LA EMPRESA ADJUDICATARIA será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

Las funciones a desarrollar por la empresa adjudicataria son las siguientes:

- Mantenimiento preventivo, que incluye las operaciones encaminadas a comprobar las prestaciones de los equipos, su funcionamiento y seguridad, están dentro de las especificaciones técnicas descritas por el fabricante del equipo y cumplen la legislación establecida, cuyo detalle se especifica en cada Lote.
- Mantenimiento correctivo, que incluye las operaciones que corregirán las averías puntuales que ocurran en los equipos o las detectadas en una revisión preventiva. Su número y el tiempo empleado serán ilimitados hasta que el equipo esté operativo.
- Asistencia de aplicaciones, que incluye asesoramiento y desarrollo de nuevas aplicaciones para el análisis de nuevos métodos o corrección y mejora de aplicaciones ya existentes.

4. CONDICIONES DEL SERVICIO

LA EMPRESA ADJUDICATARIA aceptará las siguientes condiciones:

1. La empresa adjudicataria deberá aportar documentación relativa a su acreditación como empresa de mantenimiento de los equipos (certificados de autorización del fabricante, certificados de calidad, etc.), y de que dispone de capacidad para la realización de las tareas requeridas, tanto en personal como en medios. Así mismo que está homologada según Norma ISO-9001 o equivalente en los servicios objeto del presente contrato.
2. Los técnicos que envíe la empresa adjudicataria para realizar los trabajos de mantenimiento y reparación deberán ser personal cualificado y tener una formación y experiencia mínima necesaria en operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo con estos equipos de por lo menos 3 años. Experiencia que debe ser demostrable, mediante documentación que lo pueda avalar.
3. El mantenimiento de los equipos se realizará únicamente con piezas absolutamente originales. (En el caso de no existir piezas por estar descatalogadas, se sustituirán por piezas recicladas, perfectamente homologadas, aportando la documentación correspondiente de las mismas). El no cumplimiento de esta condición será causa suficiente para la rescisión del contrato.

Toda copia en papel se entiende como no controlada



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS VARIAN**

4. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del reciclado y gestión de los residuos y materiales desechados, como consecuencia del mantenimiento o reparación oportunos.
5. El tiempo de respuesta telefónico o por correo electrónico por parte de la empresa adjudicataria a la comunicación de una incidencia o avería por parte del Laboratorio no será superior a 24 horas. El tiempo de respuesta presencial, si fuera necesario, para la resolución del servicio objeto del contrato, definido como el tiempo que transcurre entre la comunicación de dicha incidencia o avería por parte del Laboratorio y la presencia física de un técnico cualificado para proceder a su solución, no deberá exceder de 48-72 horas.
6. La empresa adjudicataria se compromete a reparar el 100 % de los avisos de avería que se produzcan, bien por sí misma, bien recurriendo a los servicios técnicos correspondientes, en el caso de subcontratación siempre con los límites establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. El tiempo de reparación de averías de los equipos, definido como el tiempo que transcurre entre la comunicación de una avería por parte del Laboratorio y la reparación total y puesta en servicio del equipo averiado, no deberá exceder de 5 días laborables.
8. El mantenimiento y/o las reparaciones de los equipos se realizarán siempre en las instalaciones del Laboratorio de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE, sito en Mohernando (Guadalajara).
9. El Servicio de mantenimiento preventivo se programará de forma conjunta mediante acuerdo mutuo entre las partes, con antelación mínima de 30 días al mismo, correspondiendo a los meses de septiembre - octubre.
10. La empresa adjudicataria dará respuesta a las dudas sobre aplicaciones analíticas en uso y pondrá, si fuera necesario, a un técnico de aplicaciones a disposición de optimizar o mejorar dichas aplicaciones en el propio laboratorio. También dará respuesta a posibles necesidades analíticas que surjan con los equipos mencionados. Para poder realizar este cometido deberá facilitar una lista de técnicos de aplicaciones disponibles en cada una de las técnicas analíticas (AA, UV), con una experiencia demostrable en tal cometido de al menos tres años.

Toda copia en papel se entiende como no controlada



5. SERVICIO REQUERIDO

El Servicio objeto de este contrato, supone:

Mantenimiento preventivo:

Al inicio del contrato, se presentarán por escrito los protocolos específicos para cada equipo.

El programa de mantenimiento preventivo comprenderá la visita programada de un técnico, previamente pactada con el Laboratorio de la MAS, de uno o varios días, para dar cumplimiento al protocolo correspondiente de cada equipo. Este mantenimiento incluye los desplazamientos, dietas, mano de obra y piezas que sean necesarias sustituir en la revisión del equipo para que cumpla las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir la actualización y mantenimiento de los softwares informáticos de los equipos. Si fuera necesario, por haberse corrompido o sufrido daños irreparables, la reinstalación de dicho softwares, actualizaciones de módulos, etc; y comprenderá todos los elementos y dispositivos necesarios para el funcionamiento completo de dichos softwares.

Al finalizar el programa de mantenimiento preventivo El técnico correspondiente dejará constancia documental mediante parte de trabajo e "informe de verificación/visión" de las actuaciones realizadas y tests efectuados, cumpliendo el protocolo asignado a cada equipo.

DETALLE DE ACTUACIONES MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR EQUIPOS:

Para el sistema de AA N° II, descrito en el apartado 2 del presente pliego:

Revisión anual de los Equipos y Accesorios correspondientes, según pormenorizamos a continuación:

Se sustituirán al menos en la Revisión del equipo, todos los años, las siguientes piezas:

- Los electrodos de grafito para la GTA 120 Zeeman.
- Syringe 100 µl for PSD – 95/96/97/100.
- Tubing and connector kit for VGA – 77 2 ud.
- Pump bands for SIPS 10/20, 10 pk.
- Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous.

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y está clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohíbe por tanto su utilización, reproducción y difusión de su contenido fuera del ámbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, físico, informático, audiovisual o de cualquier otra índole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estará sujeto a los procedimientos que MAS dispone para su persecución y seguimiento, así como a legislación vigente



Y cuantas otras se necesiten para que el equipo cumpla con las especificaciones técnicas del fabricante para su uso.

En dicha revisión al menos se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Inspección de los 2 espectrofotómetros. Diagnóstico de ambos sistemas.
- Verificación del estado de conducciones, cables, estanqueidad.
- Limpieza de partes y reemplazamiento de juntas tóricas.
- Revisión y/o actualización del software.
- Realización de autopruebas de encendido y tests del fabricante. (Prueba de absorbancia. Prueba de verificación de voltaje y de la alimentación. Prueba de repetibilidad de la longitud de onda).
- Rutina de corrección de desplazamiento.
- Inspecciones de las lámparas de cátodo hueco y comprobación de funcionamiento de la lámpara de deuterio.
- Limpieza, verificación y comprobación de los componentes ópticos.
- Verificación de las conexiones de gas.
- Mantenimiento del sistema de bombeo SIPS. Limpieza del mismo y restauración de la configuración original del mismo.
- Mantenimiento, limpieza y restauración del módulo generador de vapor.
- Mantenimiento, limpieza y calibración o sustitución de la jeringa del PSD.

(De todo ello quedará constancia documental).

Para el sistema UV-CARY, descrito en el apartado 1 del presente pliego:

Una revisión **bianual** (el primer año de cada ciclo), según pormenorizamos a continuación:

Se sustituirán las piezas que se necesiten para que el equipo cumpla con las especificaciones técnicas del fabricante para su uso, en cada revisión bianual.

En el mantenimiento del equipo se realizarán las siguientes tareas:

- Mantenimiento, limpieza y comprobación del estado inicial del equipo.
- Diagnóstico del sistema.
- Realización de pruebas de precisión de la longitud de onda y prueba de barrido de línea Xenon.

Toda copia en papel se entiende como no controlada



- Realización de pruebas de ruido fotométrico.
- Realización de pruebas de llanura de línea base.
- Realización de pruebas de cualificación (pruebas de luz difusa, de control de absorbancia y de control de la longitud de onda).
- Comprobación y revisión del software.

(De todo ello quedará constancia documental).

Mantenimiento correctivo:

El programa de mantenimiento correctivo comprenderá la solución telefónica o por correo electrónico para resolver cualquier problema planteado en el uso de alguno de los equipos, en un plazo inmediato. Si por teléfono no fuera posible la solución de la avería o de la incidencia, comprenderá la visita de un técnico, en los términos establecidos en el apartado 4 (48-72 h), para detectarla y arreglarla. La empresa adjudicataria se compromete a reparar el 100 % de los avisos de avería.

Este mantenimiento correctivo incluye los desplazamientos, dietas, mano de obra y piezas que sean necesarias sustituir para la solución de la incidencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el adjudicatario dispondrá de un servicio de atención telefónica inmediato y gratuito con personal cualificado para atender los avisos y dudas planteadas.

Al finalizar la visita correctora el técnico correspondiente dejará constancia documental mediante parte de trabajo del diagnóstico, de las actuaciones realizadas y piezas sustituidas en la resolución de la avería y situación actual del equipo.

Asistencia de aplicaciones:

El servicio de asistencia en aplicaciones consistirá en la solución telefónica o por correo electrónico para resolver cualquier duda planteada en el uso de alguna de las aplicaciones analíticas utilizadas o por utilizar, en un plazo inmediato.

Incluirá, si fuera necesario, el desplazamiento de un técnico de aplicaciones al laboratorio de la MAS, para optimizar, corregir o implementar, in situ, el desarrollo o necesidad analítica solicitada. Para ello, la empresa adjudicataria se pondrá de acuerdo, con el responsable del laboratorio, en las fechas más adecuadas para ambos intereses.

Este servicio de asistencia de aplicaciones analíticas incluye los desplazamientos y dietas necesarios.

Toda copia en papel se entiende como no controlada





SECCIÓN DE LABORATORIO
DE ANÁLISIS Y CONTROL

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS VARIAN**

Ref.: PPT-SLAC-1
Fecha: 2021/10/26
Rev.: 1
Página 10 de 10

Para dar cumplimiento a lo anterior, el adjudicatario dispondrá del correspondiente servicio de atención telefónica inmediato y gratuito con personal cualificado

Al finalizar la visita, el técnico de aplicaciones correspondiente dejará constancia documental mediante parte de trabajo de las actuaciones realizadas.

Documento firmado digitalmente

Fecha y firma al margen

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y está clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohíbe por tanto su utilización, reproducción y difusión de su contenido fuera del ámbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, físico, informático, audiovisual o de cualquier otra índole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estará sujeto a los procedimientos que MAS dispone para su persecución y seguimiento, así como a legislación vigente



Cód. Validación: 6FXEGWTL4L5JLYCQZ7LX2YARJ | Verificación: <https://aguasdesorbe.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 10